

Zaproszenie do składania ofert**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LISZKACH****32-060 LISZKI 427****NIP: 944 18 56 901**

tel. (12) 280 62 83, e-mail: sgzoz@przychodnialiszki.pl

zaprasza

do złożenia oferty w sprawie:

**dostawy sprzętu medycznego dla potrzeb wyposażenia gabinetu stomatologicznego
pn.: „ Dostawa autoklawu typu B”****1. Tryb udzielenia zamówienia:**

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 1579 ze zm.)

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**2.1 Kody CPV:**

33100000-1 Urządzenia medyczne

50421000-2 Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu medycznego

2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb wyposażenia gabinetu stomatologicznego do SP ZOZ Liszki 427 pn.: „ Dostawa autoklawu typu B” o parametrach technicznych:

Nazwa	Opis	Parametry graniczne
AUTOKLAW Typu B	Klasa	B
	Gabaryt	Zewnętrzne wymiary nie większe niż: Szerokość: 42,5 cm Wysokość: 48,5 cm Głębokość: 72 cm Instalacja musi być możliwa na blacie o głębokości 60 cm.

Wnętrze	Komora cylindryczna maksymalnie: Ø 25 cm x 45 cm Objętość komory minimum: 22 litry nie więcej niż 25 l.
Wsad	Maksymalny załadunek instrumentów 7 kg Maksymalny załadunek tekstyliów 2,5 kg Waga maksymalna 50 kg
Model	Autoklaw do instalacji na blacie z membranową pompą próżniową i zintegrowanymi zbiornikami na wodę uzdatnioną i zużytą. Objętość każdego zbiornika maksymalnie 5 l. Uchwyt na tacki oraz kontenery, z możliwością wyjęcia uchwytu. Łatwa instalacja.
Konstrukcja	Komora ze stali nierdzewnej, węże i wyposażenie z materiałów nierdzewnych. Wypieranie powietrza za pomocą próżni frakcyjnej. Suszenie próżniowe. Możliwość podłączenia zewnętrznego systemu uzdatniania wody. Jednorazowy obieg wody uzdatnionej. Wbudowane podgrzewanie wstępne. Jeden uchwyt mający możliwość trzymania kaset typu standard tray oraz tacek.
Programy	134°C Program uniwersalny - całkowity czas cyklu na wsad 7 kg – 30 minut (max 5.5 min czas wyjaławiania) plus max. 15 min czas suszenia (możliwość przzerwania suszenia przez użytkownika) 134°C Szybki program S - całkowity czas cyklu na wsad 0,5 kg max. 15 min (max.3,5 min czas wyjaławiania) plus max. 10 min czas suszenia (możliwość przzerwania suszenia przez użytkownika) 134°C Szybki program B - całkowity czas cyklu na wsad 0,5 kg max. 28 min (max.5,5 min czas wyjaławiania) plus max. 10 min czas suszenia (możliwość przzerwania suszenia przez użytkownika) 121°C Program ochronny - max. 20 min czas wyjaławiania plus max. 20,5 min

		<p>czas suszenia (możliwość przerywania suszenia przez użytkownika)</p> <p>134°C Prion - program - max. 20 min czas wyjaławiania plus max. 15 min czas suszenia (możliwość przerywania suszenia przez użytkownika).</p> <p>Test próżniowy. Test Bowie & Dick'a.</p> <p>Możliwość modyfikacji parametrów każdego programu, aby móc spełnić wszelkie wymogi w przyszłości.</p> <p>Automatyczne wyświetlanie numeru cyklu po każdej sterylizacji.</p>
Kontrola		<p>Monitoring parametrów za pomocą mikroprocesora.</p> <p>Pomiar ciśnienia za pomocą pomiaru ciśnienia bezwzględnego czujnikiem klasy 0,3.</p> <p>Pomiar temperatury czujnikami typu PT1000 klasa A.</p> <p>Alfanumeryczny ciekłokrystaliczny min. dwuwierszowy wyświetlacz na min. 40 znaków łącznie.</p> <p>Możliwość łatwej obsługi za pomocą dwóch przycisków.</p> <p>Automatyczny zintegrowany pomiar jakości wody przed każdym cyklem.</p> <p>Automatyczny zapis ostatnich min 40 cykli na wewnętrznej pamięci.</p> <p>Zdolność do zmiany wartości fizycznej wskaźnika znajdującego się przyrządzie testowym typu PCD „helix” według EN867/5.</p>
Interfejs		<p>Interfejs seryjny z możliwością przyłączenia drukarki, komputera oraz elektronicznego rejestratora cykli z zapisem na karcie pamięci typu compact flash.</p> <p>Możliwość podłączenia do sieci komputerowej za pomocą adaptera.</p> <p>Możliwość współpracy z oprogramowaniem do elektronicznej archiwizacji cykli z zapisem graficznym, identyfikacją wsadu, zwolnieniem wsadu oraz identyfikacją personelu.</p> <p>Możliwość współpracy oprogramowania z myjnią</p>

	<p>termo-dezynfektorem.</p> <p>Protokół sterylizacji musi zawierać min. informacje: data, czas, numer wsadu, temperatura, ciśnienie i czas podczas każdego kroku programu.</p> <p>Możliwość zdalnego diagnozowania usterek za pomocą modemu.</p>
Bezpieczeństwo	<p>Automatyczna blokada drzwi podczas usterki.</p> <p>Elektryczna oraz mechaniczna blokada drzwi podczas sterylizacji.</p> <p>Zawór bezpieczeństwa.</p> <p>Czujnik temperatury zapobiegający przegrzaniu.</p> <p>Czujnik zapobiegający zbyt niskiemu ciśnieniu wody.</p> <p>Akustyczny oraz optyczny sygnalizator podczas usterki.</p>
Zasilanie elektryczne	AC 220V-240V/50Hz. Pobór mocy nie więcej niż 2100 Watt.
Zgodność z międzynarodowymi standardami	<p>EN 13060</p> <p>93/42 EEC</p> <p>97/23 EEC</p> <p>EN 60601-1-2; EMC</p> <p>EN 61010-1-2; bezpieczeństwo elektryczne</p>
Gwarancja	Minimum 24 miesiące
Serwis	<p>Wykonawca zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bezpłatny przegląd urządzenia min 1x rok • czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie 72 godziny; • naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu; • w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego

		dostawę po dokonaniu naprawy oraz jego ponowne uruchomienie.
--	--	--

2.4 Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, odpowiadający opisowi przedmiotu zamówienia, gotowy do użytku.

2.5 Oferowany przez Wykonawcę autoklaw musi posiadać aktualne świadectwa rejestracyjne dopuszczające go do stosowania w placówkach medycznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Autoklaw musi być dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Polski, oraz posiadać aktualne dokumenty godnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2017 poz.211 z zm.).

2.6 Zamawiający żąda dołączenia do dostarczonego autoklawu paszportu technicznego z odpowiednimi wpisami.

3. Miejsce i termin złożenia oferty:

3.1. Ofertę należy złożyć na wybrany przez Wykonawcę sposób:

- 1) w jednej zamkniętej kopercie w budynku SP ZOZ Liszki 427 – sekretariat,
- 2) e-mailem na adres: sgzoz@przychodnialiszki.pl, w przypadku składania ofert drogą elektroniczną konieczny jest podpis oferenta (np. w formie skanu).

Na kopercie lub w e-mailu należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz zapis:

„Oferta na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb wyposażenia gabinetu stomatologicznego pn.: Dostawa autoklawu typu B”

3.2 Oferty należy złożyć w terminie do dnia **22.10.2018r. (poniedziałek), do godz. 15.00.**

3.3 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.4 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4. Termin związania ofertą: Okres związania ofertą wynosi **30 dni** licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:

5.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

5.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

5.3 Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego zaproszenia. Oferta cenowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia odnoszące się do specyfikacji, wyszczególnionej w punkcie 2 niniejszego zaproszenia oraz powinna uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do jego realizacji.

5.4 Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

5.5 Do oferty należy załączyć wykaz parametrów technicznych oferowanego urządzenia zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego zaproszenia.

5.6 Cenę należy podać w złotych polskich: netto oraz brutto z wyodrębnionym podatkiem VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5.7 Do oferty należy załączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszego zaproszenia.

5.8 Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

6. Wymagania stawiane wykonawcy:

6.1 Do obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny wchodzić będzie również:

- a) dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,
- b) załadunek i rozładunek przedmiotu zamówienia,
- c) ubezpieczenie transportu przedmiotu umowy do czasu przekazania przedmiotu zamówienia,
- d) zapewnienie gwarancji jakości na dostarczony towar,
- e) instalacja i uruchomienie urządzenia,
- f) sprawdzenie poprawności działania dostarczonego urządzenia,

- g) przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia przy odbiorze,
 - h) udzielenie gwarancji min 24 m-ce od dnia odbioru przedmiotu umowy i zapewnienie bezpłatnego serwisu gwarancyjnego.
- 6.2 Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do:
- a) wykonywania przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,
 - b) informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego.
- 6.3 Przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca będzie zatrudniać na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.) osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 *ustawy Kodeks pracy*.
- 6.4 Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane prawem uprawnienia w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia.
- 6.5 Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że dostarczony autoklaw będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.
- 6.6 Zamawiający wymaga aby oferowany sprzęt posiadał niezbędne atesty, świadectwa jakości i certyfikaty, karty gwarancyjne.

W przypadkach wskazania w dokumentacji technicznej znaków towarowych lub pochodzenia np. materiałów lub urządzeń, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań /np. materiałów, urządzeń/ tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne - co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w dokumentacji technicznej.

Materiały równoważne muszą być wymienione w ofercie z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego, w razie wątpliwości leży po stronie składającego ofertę.

7. Procedura oceny i wyboru oferty:

7.1 Do oceny dopuszczone będą jedynie oferty, które wpłynęły w terminie, na podstawie następujących kryteriów:

1). Kryteria formalne:

- a) Oferta musi być zgodna z Opiszem przedmiotu zamówienia (Punkt 2), tj.: spełniać wszystkie techniczne parametry ujęte w specyfikacji.
- b) Oferta musi zostać dostarczona do Zamawiającego o w sposób zastrzeżony w punkcie 3 we wskazanym terminie, przygotowana zgodnie z punktem 5 niniejszego zaproszenia.
- c) Oferta musi zawierać informację o gwarancji z zastrzeżeniem, że nie może być ona krótsza niż 24 miesiące.

2). Kryterium ceny:

Decydującym kryterium oceny będzie najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich parametrów technicznych i kryteriów formalnych.

7.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą postanowień umowy;

7.3 Dla zapewnienia porównywalności wszystkich ofert Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert oraz prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert;

8. Wykluczenie z postępowania:

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi, który jest powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

9. Odrzucenie oferty:

9.1. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:

- 1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert oraz opisowi przedmiotu zamówienia przedstawionemu przez Zamawiającego;
- 2) nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów (brak potwierdzenia „ TAK „ w kolumnie nr 3 lub brak opisu (kolumna nr 4) w załączniku 2 spowoduje odrzucenie oferty.
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

10. Informacje dodatkowe:

- 10.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w ramach procedury wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w szczególności zwrot kosztów z tytułu przygotowania oferty;
- 10.2 Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną przekazane do wiadomości na wniosek oferenta drogą mailową lub telefoniczną w terminie niezwłocznym;
- 10.3 Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnie o formalnościach niezbędnych do realizacji zamówienia;
- 10.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od realizacji przedmiotu umowy;
- 10.5 Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
- 10.6 Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie **do 21 dni** od daty podpisania umowy.
- 10.7 Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są: **Alicja Sroka, tel.888 064 720, oraz Barbara Czech - 517 851 151.**
- 10.8. Zamawiający przed terminem składania ofert, zamieści ewentualne odpowiedzi na pytania zadawane przez oferentów, przy czym pytania winny być kierowane do Zamawiającego nie później niż na dwa dni przed terminem składania ofert i wyłącznie w formie pisemnej na adres mailowy: sgzoz@przychodnialiszki.pl

Załączniki do zaproszenia:

- Załącznik 1 Formularz ofertowy,
- Załącznik 2 Wykaz parametrów technicznych oferowanego urządzenia,
- Załącznik 3 Projekt umowy,
- Załącznik 4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
- Załącznik 5 Klauzula RODO.

Liszki, dnia 15. 10.2018r.

p.o. Dyrektor SPZOZ

mgr Barbara Czech

.....
(podpis osoby uprawnionej)

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Liszkach
32-060 Liszki 427, tel./fax 12 2806283
NIP 944-18-56-901 REGON 357102310
12-00885/01